


産総研の基準太陽電池の一次校正値に対する IEC 60904-3改正の影響度評価結果



種類	校正値の差 (Ed3.0/Ed2.0-1) x 100 (%)
非充填C-Si	0.001%
充填型C-Si	0.001%
擬似TOP	0.003%
擬似Middle	0.002%
擬似Bottom	0.000%
擬似DSC	0.003%